

لیست وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای عملیات احیا نوزاد در اتاق زایمان / اتاق عمل سزارین

وسيله مورد نیاز	میزان نیاز کلی	حداقل موجودی
وسایل ساکشن		
پوار	۱:۱ نوزاد	
دستگاه ساکشن و لوله ها	۱ عدد	یک عدد در هر اتاق زایمان
کاتتر های ساکشن به شماره های 5F یا 6F و 10F و 12F یا 14F	۱۰:۱ از هر کدام	۲ عدد در هر ترالی
لوله تغذیه 8F و سرنگ بزرگ	۱۰:۱ از هر کدام	۵ عدد از کدام در هر ترالی
مکونیوم آسپیراتور	۳ عدد	۱ عدد در هر ترالی
وسایل تهویه با فشار مثبت		
تهویه با فشار مثبت: بگ خود متسع شونده با مانومتر	به ازای هر تخت زایمان یک عدد	
سیستم قابل حمل تهویه کمکی ویژه اتاق زایمان. این سیستم واجد اجزاء زیر بوده و روی یک پایه چرخدار سوار میشود: <ul style="list-style-type: none"> • پالس اکسیمتر • بلندر • کپسول هوا • کپسول اکسیژن • دستگاه احیا تیپیس توصیه می شد این سیستم قابلیت اتصال به خروجی هوا و اکسیژن باشد.		هر تخت زایمان باید واجد هر کدام از اجزاء به صورت جداگانه یا کل سیستم تهویه کمکی ویژه اتاق زایمان به صورت سوار شده روی یک پایه چرخدار باشد. در صورت عدم امکان تهیه پالس اکسیمتر، بلندر، خروجی یا کپسول اکسیژن، خروجی یا کپسول هوای فشرده، دستگاه احیاء تیپیس برای هر تخت زایمان پیشنهاد می شود حداقل مورد نیاز موارد مذکور به شکل زیر فراهم شود: در بیمارستان سطح ۱ به ازای هر بیمارستان ۲ سیستم در بیمارستان سطح ۲ به ازای هر بیمارستان ۴ سیستم در بیمارستان سطح ۳ به ازای هر بیمارستان ۶ سیستم
دستگاه احیاء تیپیس	به ازای هر تخت زایمان یک عدد	مطابق تعداد پیشنهاد شده سیستم قابل حمل تهویه کمکی ویژه اتاق زایمان
ماسک های صورت با اندازه های نوزادان ترم و نارس	۳ عدد از هر کدام در ترالی	۱ عدد از هر کدام در هر ترالی
خروجی اکسیژن یا کپسول آن	۱ عدد به ازای هر تخت زایمان یا عمل	
خروجی هوای فشرده یا کپسول آن	۱ عدد به ازای هر تخت زایمان یا عمل	
مخلوط کننده اکسیژن و هوای فشرده با جریان سنج (تنظیم مقدار جریان تا ۱۰ لیتر در دقیقه)	هر تخت زایمان یک عدد	مطابق تعداد پیشنهاد شده سیستم قابل حمل تهویه کمکی ویژه اتاق زایمان
پالس اکسی متر با حس گر و پوشش و پروپ های ویژه نوزادان	هر تخت زایمان یک عدد	مطابق تعداد پیشنهاد شده سیستم قابل حمل تهویه کمکی ویژه اتاق زایمان
جدول میزان O2Sat نرمال در بدو تولد	هر تخت زایمان یک عدد	
وسایل لوله گذاری		
لارنگوسکوپ با تیغه های شماره ۰ (نارس) و شماره ۱ (رسیده)	هر تخت زایمان یک عدد	
لامپ اضافه و باتری برای لارنگوسکوپ	هر تخت زایمان یک عدد	
لوله تراشه با قطر داخلی ۲,۵ - ۳,۰ - ۳,۵ میلیمتر	۱۰:۱ نوزاد از هر کدام	
استیلت (اختیاری)	هر تخت زایمان یک عدد	

		وسایل ثابت نگه داشتن لوله تراشه
		قیچی
	دو عدد در هر ترالی	چسب ضد آب یا وسایل ثابت نگه داشتن لوله تراشه
	به مقدار کافی	پد الکل
		CO2 سنج یا کاپنوگراف (اختیاری)
	۱:۱	ماسک حنجره ای و سرنگ ۵ میلی (اختیاری)
		لوله دهانی معدی شماره ۵ یا ۶f
داروها		
	۵ عدد در هر ترالی	امپول اپی نفرین ۱:۱۰۰۰۰ (۰,۱) mg/ml - 3 ml یا ml ۱۰
	۲ عدد در هر ترالی	نرمال سالین ۱۰۰ یا ۲۵۰ میلی لیتر برای حجم سازی
	۳ عدد در هر ترالی	دکستروز ۱۰٪ ۲۵۰ میلی لیتر (اختیاری)
		نرمال سالین برای شستشوی مسیر رگ
		سرنگ ۱، سرنگ ۳ میلی لیتر یا ۵ میلی لیتر ، ۲۰ تا ۶۰ میلی لیتر
وسایل مربوط به کاتتر ورید نافی		
در سایز های مختلف ۸-۶		دستکش استریل بدون تالک
	۱ عدد در هر ترالی	مایع ضد عفونی کننده ترجیحا "کلرهگزیدین"
		چسب نافی
	۳ عدد در هر ترالی	بند نخی استریل
		کلامپ کوچک (هموستات)
		فورسپس (اختیاری)
		اسکالپل اقیچی
	۱:۲۰ نوزاد از هر کدام	کاتتر نافی ۳,۵ یا ۵ F
	۱:۲۰ نوزاد از هر کدام	سه راهی متوقف کننده
		سرنگ ۳-۵ میلی لیتر
		سرسوزن
		نرمال سالین برای شستن مسیر رگ
		چسب شفاف برای محافظت از کاتتر ورید نافی (اختیاری)
		گاز استریل ۴*۴
وسایل مرتبط به تخلیه هوا (پنوموتراکس)		
		آنژیوکت ۱۸و۲۰
		اسکالپ وین ۱۹و۲۱
		سرنگ
		چراغ قوه با دامنه گسترده

متفرقه :

فرم آماده با جدول دارو و لوله تراشه بر اساس وزن ، فرم مستند سازی ، کلیپ برد ، خودکار

دستکش ها و سایر حفاظت فردی (عینک گان)، رادینت وارمر یا گرم کننده های دیگر، حس گر گرما با پوشش برای رادینت وارمر (برای استفاده در طول احیا های طولانی شده)، تخته ، پد سفت برای احیا ، ساعت دیواری / ساعت مچی ثانیه شمار ، پد گرم کننده ، کلاه ، گوشی پزشکی با سری نوزادی ، چسب ۱/۲ یا ۳/۴ اینچ ، مانیتور ، ولید های ECG ، سرسوزن تزریق داخل استخوان (اختیاری)

برای نوزادان خیلی نارس تیغه های لارنگوسکوپ در سایز ۰۰ ، تشک حرارتی ، کلاه ، کیسه پلی اتیلن ، انکوباتور انتقال برای حفظ درجه حرارت در طول انتقال به بخش بستری نوزاد ، نایلون حباب دار

اشاره به خروجی های هوا ، اکسیژن و ساکشن به صورت خاص برای نوزاد

توجه به شرایط و آمادگی برای چند قلویی